



ジャフコ

154-0016東京都弦巻2-6-15

電話: 0354313551
メール: toiwase@jaffcold.com
WEBサイト: www.jaffcold.com/

SQA-iO自動精液分析結果

SQA-iO MES - 信号処理テクノロジー

患者情報:

名:	一部
患者ID:	1234567
依頼元:	

姓:	弦巻
生年月日/年齢:	2000/12/25 22
電話番号:	354313551

サンプル情報:

サンプルID:	1
サンプルタイプ:	フレッシュ
採取日時:	2023/03/30 13:50
受け取った時間:	2023/03/30 14:50
テスト時間:	2023/03/30 14:56
基準:	WHO 6TH
量 (ml):	3.5
白血球濃度 (百万/ml):	<1

pH:	7.4
見た目:	正常
粘稠性:	正常
液化:	30-60分
禁欲期間 (日):	4
オプション 1:	N/A
オプション 2:	N/A

パラメータ	結果	単位	基準値	運動性グラフ
濃度	85.8	百万/ml	≥ 16	
運動率	57	%	≥ 42	
前進	46	%		
高速前進運動率	26	%		
低速前進運動率	20	%		
非前進運動率	11	%	≤ 1 ↑	
不動率	43	%	≤ 20 ↑	
正常形態率	9	%	≥ 4	
運動精子濃度*	48.7	百万/ml		
前進運動精子濃度*	39.3	百万/ml		
高速前進運動精子濃度*	22.2	百万/ml		
低速前進運動精子濃度*	17.1	百万/ml		
機能性精子濃度*	8.2	百万/ml		
速度 (VCL)*	40	$\mu\text{m}/\text{秒}$		
SMI(精子運動性指数)*	187	—		

* MESパラメータはアスタリスク(*)で示されています

署名: _____ 試験者名: 株式会社ジャフコ 部署(役職): _____